

鮫川村学校給食センターでは、学校給食の安心・安全を確保するため、所内に放射性物質測定機器を整備し、調理済み給食まるごと検査を実施しています。

測定機器	ベルトールド社製 ガンマスペクトロメーター LB2045
検査方法	調理後の給食1食分すべてをミキサーにかけて測定
測定結果の表記	()内は検出限界値。検出限界値未満は「検出せず」と表記しています。
国の基準値 (放射性セシウム)	●一般食品…100Bq(ベクレル)/kg ●牛乳…50Bq/kg ●飲料水…10Bq/kg ●乳児用食品…50Bq/kg

●調理済み給食まるごと検査結果

4月実施分

給食提供日		献立内容	測定結果 (Bq/kg)	
日	曜		セシウム-134	セシウム-137
7	金	ごはん 牛乳 とり肉のケチャップあえ コーンサラダ わかめスープ お祝いクレープ	検出せず (<4.82)	検出せず (<3.64)
10	月	麦ごはん 牛乳 イカのチリソース ひじきサラダ きんぴら汁	検出せず (<4.48)	検出せず (<3.48)
11	火	ごはん 牛乳 手作り干草焼き 梅肉あえ とうふのみそ汁	検出せず (<3.98)	検出せず (<3.23)
12	水	ごはん 牛乳 ぶた肉のしょうが炒め 切干大根のごまサラダ 手作りすいとん汁	検出せず (<3.95)	検出せず (<3.44)
13	木	コッペパン ジャム 牛乳 手作りグラタン 豆のサラダ もずくスープ	検出せず (<5.25)	検出せず (<3.06)
14	金	玄米ごはん 牛乳 ポークカレー 海そうサラダ もものヨーグルト	検出せず (<3.84)	検出せず (<3.46)
17	月	ごはん 牛乳 とりのスパイシー揚げ ごま酢あえ 小松菜のみそ汁 チーズ(中)	検出せず (<3.64)	検出せず (<3.24)
18	火	ごはん 牛乳 マーボー豆腐 バンバンジーサラダ 中華コーンスープ	検出せず (<3.75)	検出せず (<3.43)
19	水	ごはん 牛乳 イカの和風ハンバーグ! ? カラフルあえ けんちん汁	検出せず (<3.59)	検出せず (<3.47)
20	木	食パン ココアクリーム 牛乳 白身魚のバジル焼き じゃがいもの炒めもの コンソメスープ	検出せず (<4.54)	検出せず (<3.03)
21	金	ごはん 牛乳 ぶた肉のじゅうねん焼き うるいの炒めもの なめこ汁	検出せず (<3.80)	検出せず (<3.24)
24	月	麦ごはん 牛乳 鮭の塩焼き 切干大根炒め 貝だくさんみそ汁	検出せず (<3.91)	検出せず (<3.22)
25	火	ごはん 牛乳 松風焼き おひたし いら汁 わかナッツドン	検出せず (<3.76)	検出せず (<3.23)
26	水	ごはん 牛乳 いわしの南蛮づけ じゅうねん卵入りサラダ もやしのみそ汁	検出せず (<4.12)	検出せず (<3.52)
27	木	米粉パン 牛乳 チキンのカレーパン粉焼き 大豆入りポテトサラダ ベンネ野菜スープ	検出せず (<4.89)	検出せず (<3.39)
28	金	ごはん 牛乳 たらのごまみそ焼き こんぶの油炒め かんぴょうの卵とじ汁	検出せず (<3.89)	検出せず (<3.40)