

鮫川村学校給食センターでは、学校給食の安心・安全を確保するため、所内に放射性物質測定機器を整備し、調理済み給食まるごと検査を実施しています。

測定機器	ベルトールド社製 ガンマスペクトロメーター LB2045
検査方法	調理後の給食1食分すべてをミキサーにかけて測定
測定結果の表記	() 内は検出限界値。検出限界値未満は「検出せず」と表記しています。
国の基準値 (放射性セシウム)	●一般食品…100Bq(ベクレル)/kg ●牛乳…50Bq/kg ●飲料水…10Bq/kg ●乳児用食品…50Bq/kg

●調理済み給食まるごと検査結果

5月実施分

給食提供日 日 曜		献立内容	測定結果 (Bq/kg)	
			セシウム-134	セシウム-137
1	月	たけのこごはん 牛乳 おさかなフライ たくあんのポリポリサラダ きぬさやのすましじる ささだんご	検出せず (<4.56)	検出せず (<3.37)
2	火	ソフトめん 牛乳 しゃんはいパオズ きゅうりとだいこんのあさづけ カレーなんばんじる	検出せず (<3.79)	検出せず (<3.41)
8	月	ごはん 牛乳 レンコンいりとりつくね しみどうふのカレーいため なるとのちゅうかスープ	検出せず (<3.91)	検出せず (<3.31)
9	火	ごはん 牛乳 チキンみそカツ ごまあえ じゃがいものみそしる	検出せず (<3.77)	検出せず (<2.91)
10	水	(おにぎりの日) 牛乳 いかのねぎみそやき チーズおかかあえ とんじる	検出せず (<5.29)	検出せず (<3.29)
11	木	ごはん 牛乳 ぶりのてりやき ひじきとベーコンのいため だいこんのみそしる	検出せず (<5.46)	検出せず (<3.36)
12	金	むぎごはん 牛乳 ぶたのしょうがやき いそあえ かきたまじる	検出せず (<3.78)	検出せず (<2.81)
15	月	ごはん 牛乳 さばのしおやき ふきとたけのこのいためもの ほうれんそうとうふのみそしる	検出せず (<3.88)	検出せず (<3.31)
16	火	ごはん 牛乳 とりにくのやさしみそやき ツナとごぼうのマヨサラダ あぶらあげのみそしる	検出せず (<4.22)	検出せず (<3.41)
17	水	ごはん 牛乳 とりのからあげ くるみあえ きのかじる	検出せず (<3.19)	検出せず (<3.45)
18	木	しょくパン 牛乳 しろみさかなのパンこやき チキンとチーズのサラダ ワンタンスープ いちご&マーガリン	検出せず (<3.25)	検出せず (<3.35)
19	金	むぎごはん 牛乳 まめとかいそうのサラダ チキンカレー ヨーグルト	検出せず (<4.63)	検出せず (<3.18)
22	月	ごはん 牛乳 てづくりコロッケ ツナともやしのちゅうかあえ とうふとあぶらあげのみそしる	検出せず (<3.96)	検出せず (<3.45)
23	火	ごはん 牛乳 さけのこうみやき えいようきんぴら ならたまじる	検出せず (<3.84)	検出せず (<3.57)
24	水	ごはん 牛乳 ぶたにくのおろしソース キャベツのごまみそあえ わかたけじる	検出せず (<3.89)	検出せず (<2.83)
25	木	パインパン 牛乳 ハムのピカタ アスパラガスのグリーンサラダ アルファベットスープ	検出せず (<3.87)	検出せず (<3.15)
26	金	げんまいごはん 牛乳 なっとう やさいとたまごのかおりづけ にくじゃがじる	検出せず (<4.89)	検出せず (<3.56)
29	月	ごはん 牛乳 さんまかばやき やまぶきあえ わかめのみそしる	検出せず (<3.32)	検出せず (<3.32)
30	火	ごはん 牛乳 とりにくのさっぱりに きりぼしだいこんのマヨあえ なまあげのみそしる	検出せず (<4.01)	検出せず (<3.79)
31	水	ごはん 牛乳 あじのなんばんづけ ぜんまいのあぶらいため しみどうふのみそしる	検出せず (<4.85)	検出せず (<3.02)