

鮫川村学校給食センターでは、学校給食の安心・安全を確保するため、所内に放射性物質測定機器を整備し、調理済み給食まるごと検査を実施しています。

測定機器	ベルトールド社製 ガンマスペクトロメーター LB2045
検査方法	調理後の給食1食分すべてをミキサーにかけて測定
測定結果の表記	()内は検出限界値。検出限界値未満は「検出せず」と表記しています。
国の基準値 (放射性セシウム)	●一般食品…100Bq(ベクレル)/kg ●牛乳…50Bq/kg ●飲料水…10Bq/kg ●乳児用食品…50Bq/kg

●調理済み給食まるごと検査結果

7月実施分

給食提供日		献立内容	測定結果 (Bq/kg)	
日	曜		セシウム-134	セシウム-137
3	月	ごはん 牛乳 さわらてりやき ゆかりあえ とんじる	検出せず (<3.15)	検出せず (<3.46)
4	火	ごはん 牛乳 ミートボール ビーフンのやさしいため ワンタンスープ	検出せず (<3.63)	検出せず (<3.55)
5	水	しょくパン りんご&マーガリン 牛乳 チキンのコーンフレークやき フレンチサラダ ベーコンとやさいのスープ	検出せず (<3.87)	検出せず (<3.81)
6	木	ごはん 牛乳 ほしのハンバーグトマトソースかけ くらげとはるさめのサラダ あまのがわそうめんじる たなばたゼリー	検出せず (<3.95)	検出せず (<3.34)
7	金	むぎごはん 牛乳 いかのピリからソース じゃがいものそぼろに たまごとキャベツのみそしる	検出せず (<3.94)	検出せず (<3.60)
10	月	ごはん 牛乳 ししゃものあますソース のりのりサラダ こんさいじる	検出せず (<3.88)	検出せず (<3.42)
11	火	ごはん 牛乳 ぶたにくのごまみそやき ばいにくあえ なめこじる	検出せず (<4.54)	検出せず (<3.28)
12	水	ごはん 牛乳 わふういりどうぶつつみやき マーボーなす ちゅうかたまごスープ	検出せず (<3.90)	検出せず (<3.30)
13	木	こくとうパン 牛乳 チキンのガーリックやき ナタデココいりフルーツヨーグルトサラダ いかボールのスープ	検出せず (<4.78)	検出せず (<3.49)
14	金	むぎごはん 牛乳 さけのしおやき だいずのいそに おはなのすましじる	検出せず (<3.80)	検出せず (<3.05)
18	火	ごはん 牛乳 とりにくのじゅうねんやき きりぼしだいこんいため かきたまじる	検出せず (<3.96)	検出せず (<3.50)
19	水	げんまいごはん 牛乳 トマトときゅうりのパクパクサラダ なつやさいかレー れいとうパイ	検出せず (<4.03)	検出せず (<3.60)
20	木	しょくパン 牛乳 てづくりハムカツ ツナのマカロニサラダ ひよこまめのスープ	検出せず (<3.90)	検出せず (<3.62)

●調理済み給食まるごと検査結果

8月実施分

給食提供日		献立内容	測定結果 (Bq/kg)	
日	曜		セシウム-134	セシウム-137
25	金	げんまいごはん 牛乳 ツナとまめのごまサラダ ポークカレー れいとうみかん	検出せず (<4.11)	検出せず (<3.79)
28	月	ぶたキムチどん(ごはん) 牛乳 やさいとだいずのナムル もずくとたまごのスープ	検出せず (<3.87)	検出せず (<3.29)
29	火	ごはん 牛乳 しろみさかなのあますあんかけ はるさめサラダ あぶらあげのみそしる	検出せず (<3.84)	検出せず (<3.33)
30	水	ごはん 牛乳 ぶたにくのおろしソース パンバンジーサラダ とうふのみそしる	検出せず (<4.65)	検出せず (<3.49)
31	木	コッペパン レーズンクリーム 牛乳 なすのミートグラタン イタリアンサラダ もやしとわかめのスープ	検出せず (<3.82)	検出せず (<3.08)