

鮫川村学校給食センターでは、学校給食の安心・安全を確保するため、所内に放射性物質測定機器を整備し、調理済み給食まるごと検査を実施しています。

測定機器	ベルトールド社製 ガンマスペクトロメーター LB2045
検査方法	調理後の給食1食分すべてをミキサーにかけて測定
測定結果の表記	( )内は検出限界値。検出限界値未満は「検出せず」と表記しています。
国の基準値 (放射性セシウム)	●一般食品…100Bq(ベクレル)/kg ●牛乳…50Bq/kg ●飲料水…10Bq/kg ●乳児用食品…50Bq/kg

## ●調理済み給食まるごと検査結果

11月実施分

給食提供日		献立内容	測定結果 (Bq/kg)	
日	曜		セシウム-134	セシウム-137
1	水	おにぎりの日 牛乳 ミートボール おからいり こまつなのみそしる	検出せず ( <5.34 )	検出せず ( <4.78 )
2	木	こめこパン 牛乳 しろみざかなのバジルやき だいずいりポテトサラダ てづくりにくだんごスープ	検出せず ( <3.81 )	検出せず ( <3.44 )
6	月	ぶたキムチどん(ごはん) 牛乳 いとかんてんサラダ しらたまじる	検出せず ( <4.77 )	検出せず ( <3.29 )
7	火	ごはん 牛乳 てづくりミートローフ ツナとひじきのサラダ たまごスープ	検出せず ( <4.58 )	検出せず ( <3.39 )
8	水	ごはん 牛乳 はつがげんまいいりつくね きりほしだいこんいため きのごスープ	検出せず ( <5.34 )	検出せず ( <3.16 )
9	木	コッペパン ジャム 牛乳 あじのトマトチーズやき やさいとササミのサラダ ワンタンスープ	検出せず ( <4.72 )	検出せず ( <3.29 )
10	金	むぎごはん 牛乳 てづくりチキンみそカツ なめだけあえ さつまいものみそしる	検出せず ( <3.72 )	検出せず ( <3.04 )
13	月	ごはん 牛乳 けんさんカジキカツ ごまあえ はくさいのみそしる	検出せず ( <4.56 )	検出せず ( <3.42 )
14	火	ごはん 牛乳 マーボー豆腐 てつぶんたっぶりほうれんそうのナムル ちゅうかたまごコーンスープ	検出せず ( <4.82 )	検出せず ( <3.30 )
15	水	ポークカレー(ごはん) 牛乳 かいそうサラダ りんご	検出せず ( <5.92 )	検出せず ( <3.09 )
16	木	こめこパン 牛乳 てづくりグラタン カリポリやさいサラダ ベーコンとやさいのスープ	検出せず ( <3.96 )	検出せず ( <3.05 )
17	金	ごはん 牛乳 なっとう じゅうねんたまごいりサラダ てづくりすいとんじる	検出せず ( <4.02 )	検出せず ( <3.69 )
20	月	ごはん 牛乳 とりにくのカレーやき のりのりサラダ あおもりせんべいじる	検出せず ( <3.42 )	検出せず ( <3.15 )
21	火	ごはん 牛乳 さんまかんろに ごもくまめ おはなのすましじる	検出せず ( <3.89 )	検出せず ( <3.43 )
22	水	ごはん 牛乳 しろみざかなのあますあんかけ バンバンジーサラダ なめこじる	検出せず ( <4.20 )	検出せず ( <3.53 )
24	金	ごはん だいずとえごまじゃこのふりかけ 牛乳 てづくりぎせい豆腐 きりほしだいこんのごまサラダ あぶらあげのみそしる	検出せず ( <4.60 )	検出せず ( <3.44 )
27	月	ごはん 牛乳 さめがわエゴマどりのなんばんづけ じゅうねんスープサラダ ゆうきくんのげんきじる	検出せず ( <4.65 )	検出せず ( <3.39 )
28	火	ごはん 牛乳 ぶたにくのしょうがいため カラフルあえ ならじる	検出せず ( <3.10 )	検出せず ( <3.59 )
29	水	ごはん 牛乳 さんまのみそに ひじきのうまに まめふのすましじる	検出せず ( <3.75 )	検出せず ( <3.44 )
30	木	コッペパン ジャム 牛乳 おからナゲット ツナとブロッコリーのサラダ ペンネやさいスープ	検出せず ( <3.90 )	検出せず ( <3.47 )