

鯉川村学校給食センターでは、学校給食の安心・安全を確保するため、所内に放射性物質測定機器を整備し、調理済み給食まるごと検査を実施しています。

測定機器	ベルトールド社製 ガンマスペクトロメーター LB2045
検査方法	調理後の給食1食分すべてをミキサーにかけて測定
測定結果の表記	( )内は検出限界値。検出限界値未満は「検出せず」と表記しています。
国の基準値 (放射性セシウム)	●一般食品…100Bq(ベクレル)/kg ●牛乳…50Bq/kg ●飲料水…10Bq/kg ●乳児用食品…50Bq/kg

### ●調理済み給食まるごと検査結果

4月実施分

給食提供日		献立内容	測定結果 (Bq/kg)	
日	曜		セシウム-134	セシウム-137
9	火	ごはん 牛乳 とりのしょうが焼き いそ和え お花のみそ汁 お祝いゼリー	検出せず ( <3.76 )	検出せず ( <3.37 )
10	水	ごはん 牛乳 手作り干草焼き ゆかり和え けんちん汁	検出せず ( <3.87 )	検出せず ( <3.45 )
11	木	コッペパン 牛乳 クリームゴールド チキンのハーブ焼き ハムと野菜のサラダ アルファベットスープ	検出せず ( <5.15 )	検出せず ( <3.44 )
12	金	ごはん 牛乳 ポークカレー カミカミ海そうサラダ いちご (2個)	検出せず ( <3.89 )	検出せず ( <3.47 )
15	月	ごはん 牛乳 白身魚のあますあんかけ もやしの中華和え 春雨スープ	検出せず ( <3.81 )	検出せず ( <3.45 )
16	火	ごはん 牛乳 ぶた肉のえごま焼き うるいの炒めもの とうふのみそ汁	検出せず ( <3.75 )	検出せず ( <3.38 )
17	水	麦ごはん 牛乳 ギョーザ (2個) バンバンジーサラダ 中華コーンスープ ミニトマト (2個)	検出せず ( <3.80 )	検出せず ( <3.45 )
18	木	黒とうパン 牛乳 とり肉のレモンソースかけ コーンサラダ コンソメスープ	検出せず ( <3.77 )	検出せず ( <3.37 )
19	金	ごはん 牛乳 サケの塩焼き 豆のおかか和え 白玉汁	検出せず ( <3.84 )	検出せず ( <3.03 )
22	月	ごはん 牛乳 手作りハンバーグ 和風サラダ もやしのみそ汁	検出せず ( <4.78 )	検出せず ( <3.20 )
23	火	ごはん 牛乳 さわらのみそ焼き ひじきのサラダ にら玉汁	検出せず ( <4.53 )	検出せず ( <3.46 )
24	水	ごはん 牛乳 手作りメンチカツ ごま酢和え 玉ねぎのみそ汁	検出せず ( <3.81 )	検出せず ( <3.61 )
25	木	パインパン 牛乳 ハムピカタ グリーンサラダ カレーマカロニ	検出せず ( <3.92 )	検出せず ( <3.64 )
26	金	ごはん 牛乳 とり肉のピリから焼き 塩こんぶ和え 具だくさん汁	検出せず ( <3.94 )	検出せず ( <3.91 )