

鮫川村学校給食センターでは、学校給食の安心・安全を確保するため、所内に放射性物質測定機器を整備し、調理済み給食まるごと検査を実施しています。

測定機器	ベルトールド社製 ガンマスペクトロメーター LB2045
検査方法	調理後の給食1食分すべてをミキサーにかけて測定
測定結果の表記	( )内は検出限界値。検出限界値未満は「検出せず」と表記しています。
国の基準値 (放射性セシウム)	●一般食品…100Bq(ベクレル)/kg ●牛乳…50Bq/kg ●飲料水…10Bq/kg ●乳児用食品…50Bq/kg

## ●調理済み給食まるごと検査結果

10月実施分

給食提供日 日 曜	献立内容	測定結果 (Bq/kg)	
		セシウム-134	セシウム-137
1 火	ごはん 牛乳 とり肉の野菜あんかけ じゅうねんあえ じゃがいものみそ汁	検出せず ( <4.25 )	検出せず ( <3.74 )
2 水	(おにぎりの日) 牛乳 五目あつやき玉子 キャベツと油揚げの炒めもの とん汁	検出せず ( <3.97 )	検出せず ( <3.58 )
3 木	中華めん 牛乳 ギョウザ(1人2コ) 海そうサラダ タンメン汁 オレンジ	検出せず ( <3.97 )	検出せず ( <3.58 )
4 金	ごはん 牛乳 ぶた肉のバーベキューソース サラスパ わかめスープ	検出せず ( <4.12 )	検出せず ( <3.51 )
7 月	ごはん 牛乳 さわらのみそ焼き カラフルひじきサラダ 玉ねぎととうふのみそ汁	検出せず ( <5.15 )	検出せず ( <3.23 )
8 火	ピピン丼(ごはん) 牛乳 レンコンサラダ キムチスープ	検出せず ( <4.25 )	検出せず ( <4.04 )
9 水	ごはん 牛乳 さんまおろし煮 キャベツのみそ炒め 白玉汁	検出せず ( <4.32 )	検出せず ( <3.62 )
10 木	コッペパン ブルーベリージャム 牛乳 チキンのバジル焼き かぼちゃサラダ コンソメスープ	検出せず ( <3.70 )	検出せず ( <3.42 )
11 金	ごはん 牛乳 ちくわの2色揚げ(磯辺揚げ、カレー揚げ) ごまあえ はくさいのみそ汁	検出せず ( <3.60 )	検出せず ( <3.74 )
15 火	麦ごはん 牛乳 ホッケのしお焼き 厚揚げのみそ炒め キャベツのみそ汁	検出せず ( <3.64 )	検出せず ( <3.52 )
16 水	ごはん 牛乳 とり肉のピリ辛焼き 春雨サラダ 手づくり肉団子スープ	検出せず ( <4.07 )	検出せず ( <3.89 )
17 木	黒とうパン 牛乳 とり肉のチーズ焼き フレンチサラダ ベーコンと野菜のスープ	検出せず ( <3.46 )	検出せず ( <3.20 )
18 金	ごはん 牛乳 秋の味覚カレー こまつなのナムル りんご	検出せず ( <3.92 )	検出せず ( <4.13 )
21 月	ごはん 牛乳 手づくりメンチカツ 大根サラダ もずくとたまごのスープ	検出せず ( <3.85 )	検出せず ( <3.51 )
23 水	ごはん 牛乳 ぶた肉のカレー風味焼き 豆のおかかあえ 具たくさん汁	検出せず ( <2.96 )	検出せず ( <3.66 )
24 木	コッペパン(切れ目入り) 牛乳 チリコンカン 野菜とササミのサラダ たこボールスープ	検出せず ( <3.38 )	検出せず ( <3.36 )
25 金	麦ごはん 牛乳 野菜の昆布風味つけ かつお竜田揚げ or サゲのみそマヨ焼き もやしのみそ汁	検出せず ( <3.62 )	検出せず ( <3.21 )
28 月	ごはん 牛乳 手づくりハンバーグ ブロッコリーサラダ 青菜のみそ汁	検出せず ( <3.96 )	検出せず ( <3.65 )
29 火	ごはん 牛乳 さばのしお焼き ちくぜん煮 じゃがいものみそ汁	検出せず ( <3.67 )	検出せず ( <3.54 )
30 水	ごはん 牛乳 とりのから揚げ 野菜とたまごのゆかり漬け かぼちゃのみそ汁 かぼちゃプリン	検出せず ( <3.81 )	検出せず ( <3.73 )
31 木	コッペパン いちご&マーガリン 牛乳 スパニッシュオムレツ カラフルソテー ペンネ野菜スープ	検出せず ( <4.86 )	検出せず ( <3.13 )